



MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PARASITOLOGÍA

Identificación:

FOR-PAR-03

Versión: 1

Fecha creación:

04/Octubre/2017

Fecha actualización:

29/Octubre/2019

SEGÚN SE REQUIERA	MES:												AÑO:20																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EQUIPO:																															
MICROSCOPIO ZEISS																															
LAMPARA, MICROMETRICO Y MACROMETRICO																															
SEMANTAL																															
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN																															
REFRIGERADOR DELUX																															
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN																															
CENTRIFUGA J-12																															
ESTABILIDAD																															
REVOLUCIONES																															
SEMANTAL																															
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN																															
MENSUAL																															
LIMPIEZA DE PORTA TUBOS																															
URIPLUS 5																															
ON - OFF																															
LIMPIEZA DE CHAROLA																															
SEMANTAL																															
LIMPIEZA EXTERNA																															
DESINFECCIÓN																															

SEMESTRAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	REALIZÓ NOMBRE Y FIRMA	FECHA DE INGENIERIA
MICROSCOPIO ZEISS			
URIPLUS 5			
CENTRIFUGA J-12			
REFRIGERADOR DELUX			

SEGÚN NECESIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO (SEGÚN NECESIDAD)	REALIZÓ NOMBRE Y FIRMA	FECHA
MICROSCOPIO ZEISS			
REFRIGERADOR DELUX			
CENTRIFUGA J-12			
URIPLUS 5			

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE	Q.B.P. LUIS FERNANDO BASTARDO MURILLO	FIRMA
------------------------	---------------------------------------	-------

APARATO	MARCA	FABRICANTE	NUMERO DE SERIE	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE INICIO
CENTRIFUGA J-12	CRNTRIFUGA MODELO J-12	SOL - BAT	5626	-----	-----
ANALIZADOR DE ORINA	URIPLUS 5	ControLab Italy Ltd	UPS-00010E	28/octubre/2019	28/Octubre/2019
MICROSCOPIO	MICROSCOPIO ZEISS	INDUSTRIAS CARL ZEISS	09068015	-----	-----