



FORMATO

MANTENIMIENTO COBAS INTEGRA 400 plus

Identificación:
FOR-QCL-06
Versión: **0**
Fecha creación:
04/Octubre/2017
Fecha actualización:
04/Octubre/2017

MES/AÑO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTERVENCIÓN DEL QUIMICO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LIMPIAR																																
Limpiar las agujas y la cubierta antisalpicaduras																																
Limpiar el contenedor de agua interno																																
Limpiar la estación de lavado																																
Limpiar contenedor externo de agua/residuos																																
Limpiar el instrumento																																
Limpiar el empalme del contenedor de residuos																																
DIVERSOS																																
Purgar sistema de fluidos																																
SUSTITUIR																																
Sustituir filtros de ventilación																																
Sustituir lámpara halógena de absorbancias																																
Sustituir aguja B																																
Sustituir aguja C																																
INTERVENCIÓN	SERVICIO TÉCNICO ROCHE																															
DIVERSOS																																
Servicio Técnico Roche																																
SUSTITUIR																																
Sustituir el pistón de la pipeta de dosificación B																																
Sustituir el pistón de la pipeta de dosificación C																																
Sustituir la pipeta de dosificación B																																
Sustituir la pipeta de dosificación C																																
Sustituir filtro de contenedor externo de agua																																
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CAUSA Y/O MOTIVO												FECHA				NOMBRE				FIRMA												
PREVENTIVO																																
CORRECTIVO																																
INSTRUMENTO	MARCA	No. DE SERIE		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE INICIO		QUIMICO RESPONSABLE		FIRMA DEL QUIMICO																						
	COBAS INTEGRA 400 PLUS	399140		06 DE AGOSTO DEL 2012		09 DE AGOSTO DEL 2012		M.A. CARMEN ALICIA MURILLO NEVAREZ																								