



Laboratorios
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria
CONDICIONES POR ELEMENTO

ELEMENTO	TECNICA	SLIT	LONG. DE ONDA (nm)	CONC DE LOS STD.(INICIAL-FINAL)
Arsénico (As)	Generador de Hidruros	0,7 Low	193,7	0,002-0,02
Mercurio (Hg)	Generador de Hidruros	0,7 Low	253,7	0,001-0,01
Selenio (Se)	Generador de Hidruros	0,7 Low	196,0	0,005-0,01
Plomo (Pb)	Horno de Grafito	0,7 Low	283,3	0,01-0,06
Plata (Ag)	Horno de Grafito	0,7 Low	328,1	0,001-0,006
Cadmio (Cd)	Horno de Grafito	0,7 Low	228,8	0,001-0,006
Cromo Total (Cr)	Horno de Grafito	0,7 Low	357,9	0,01-0,06
Niquel (Ni)	Horno de Grafito	0,2 Low	232,0	0,01-0,06
Zinc (Zn)	Flama Aire-Acetileno	0,7 High	213,9	0,1-3,0
Cobre (Cu)	Flama Aire-Acetileno	0,7 High	324,8	0,1-4,0
Manganeso (Mn)	Flama Aire-Acetileno	0,2 High	279,5	0,1-2,0
Fierro (Fe)	Flama Aire-Acetileno	0,2 High	248,3	0,1-4,0
Calcio (Ca)	Flama Aire-Acetileno	0,7 High	422,7	1,0-5,0
Magnesio (Mg)	Flama Aire-Acetileno	0,7 High	285,2	0,1-0,5



Laboratorios
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria
CONDICIONES POR ELEMENTO

Potasio (K)	Flama Aire-Acetileno	0,7 High	766,5	0,5-3,0
Potasio (K)	Flama Aire-Acetileno	0,7 High	404,4	10-100
Sodio (Na)	Flama Aire-Acetileno	0,7 High	330,2	5-10-50-100-200
Cobalto (Co)	Flama Aire-Acetileno	0,2 High	240,7	0,1-2,0

COPIA NO CONTROLADA